



L.dz.:WETI/4067/2007

Gdańsk, dn. 24.09.2007

MODYFIKACJA SIWZ

dotyczy: modyfikacji SIWZ - CRZP/198/009/D/07, ZP/25/WETI/07 - w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora widma z opcją współczynnika szumów oraz szumów fazowych na zakres do minimum 44 GHz dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Na podstawie art. 38 ust 4 wprowadza się zmiany do SIWZ :

1. W pkt. III siwz, Opis przedmiotu zamówienia– tabela – pkt. 9

Przed zmianą:

Szczegółowa specyfikacja
9. Możliwie wysoki poziom szumów (fazowych) własnych analizatora, w zakresie do 100 kHz od nośnej

Po zmianie:

Szczegółowa specyfikacja
9. Możliwie niski poziom szumów (fazowych) własnych analizatora, w zakresie do 100 kHz od nośnej

2. W pkt. IV siwz - Termin wykonania zamówienia

Przed zmianą :

do 4 tygodni od dnia podpisania Umowy

Po zmianie :

do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. Ich nie uwzględnienie przy sporządzaniu ofert spowoduje odrzucenie oferty.

W związku z wprowadzeniem zmian przedłuża się termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert wyznacza się na **03.10.2007 do godz. 12:00**, termin otwarcia ofert **03.10.2007 godz.: 12:30**.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk