

L.dz. 654/WILiŚ/07

CHM Henryk Czaplicki
Małgorzata Czaplicka s.c.
ul. Nakielska 265b
85-391 Bydgoszcz

Dot.: protestu złożonego przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury, materiałów eksploatacyjnych i odczynników do Środowiskowego Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, nr postępowania ZP 36/WILiŚ/2007, CRZP ZP-230/002/D/07.

Rozstrzygnięcie protestu

W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 02.11.2007 r. Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, na podstawie art.183 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż protest dotyczący postanowień SIWZ - opisu przedmiotu zamówienia w części D **został oddalony.**

Uzasadnienie

Protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art.7 oraz art.29 ust. 2 tj. naruszenie przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w części D w sposób wskazujący na jeden konkretny typ urządzenia. Zarzuty dotyczą następujących parametrów technicznych: udźwigu, dokładności odczytu oraz wymiarów szalek. Protestujący żąda dokonania przez Zamawiającego modyfikacji treści SIWZ tak, aby umożliwić konkurencję poprzez dopuszczenie wag o zwiększonych wymiarach szalek. **Zamawiający nie zgadza się z zarzutami Protestującego.**

Sporządzając opis przedmiotu zamówienia w części D – wagi precyzyjne a w szczególności stawiając wymagania odnośnie udźwigu, dokładności odczytu i wymiarów szalek Zamawiający kierował się faktycznymi potrzebami wynikającymi z zakresu prowadzonych badań.

Zamawiający ma prawo zamawiać takie urządzenia, jakie są mu niezbędne. Nie musi opisywać przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby zamówienie mogli zrealizować wszyscy Wykonawcy prowadzący działalność na rynku w danej branży.

Zarzut, że wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów opisanych w SIWZ spełnia tylko jedno urządzenia dla każdego typu zamawianych wag jest nieprawdziwy.

Zamawiający posiada informację, że wymagane parametry techniczne opisane przez Zamawiającego w SIWZ spełnia więcej niż jeden model wagi precyzyjnej z każdego typu, występujący na rynku (krajowym i zagranicznym).

Zapisy SIWZ dotyczące wymiarów szalek:

≥ 165 x 165 mm dla wagi precyzyjnej typ 1,


≥ 260 x 230 mm dla wagi precyzyjnej typ 2

≥ 365 x 285 mm dla wagi precyzyjnej typ 3

umożliwiają Wykonawcy zaoferowanie wag o wymiarach szalek równych lub większych niż podane wartości minimalne. W związku z powyższym żądanie Protestującego dotyczące modyfikacji treści SIWZ jest całkowicie bezzasadne.

Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W imieniu Zamawiającego


DZIEKAN
dr hab. inż. Krzysztof Wilde prof. nadzw. P.G.

