

Gdańsk, dnia 20.11.2007r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ogłoszonym w Biuletynie UZP
w dniu 09.11.2007r. nr ogłoszenia 217954-2007
i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego**

Dot.: protestu złożonego przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury do wyznaczania cech fizycznych materiałów termoizolacyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, nr postępowania ZP 37/WILiŚ/2007, CRZP ZP-239/002/D/07.

Rozstrzygnięcie protestu

W związku z protestem złożonym w dniu 15.11.2007 r. Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, na podstawie art.183 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż protest dotyczący postanowień SIWZ - opisu przedmiotu zamówienia w części B **został oddalony** w części dotyczącej zarzutów Wykonawcy co do zapisu SIWZ w pkt. 11 i 14. Jednocześnie Zamawiający **uwzględnia** zarzuty Wykonawcy dotyczące zapisów SIWZ w pkt. 15, 16, 19 i 24 .

Uzasadnienie

Protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art.7 oraz art.29 ust. 2 tj. naruszenie przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w części B w sposób wskazujący na jeden konkretny typ urządzenia. Zarzuty dotyczą parametrów technicznych opisanych przez Zamawiającego w SIWZ dotyczącej części B (B.4 Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia) pkt. 11, 14, 15, 16, 19 i 24.

Protestujący żąda unieważnienia postępowania przez Zamawiającego oraz powtórzenia czynności przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w następstwie której opis przedmiotu zamówienia zostanie wykonany w sposób umożliwiający uczciwą konkurencję i dopuszczający udział wszystkich uznanych producentów na świecie.

Zamawiający nie zgadza się ze wszystkimi zarzutami Protestującego.

Sporządzając opis przedmiotu zamówienia w części B – maszyna wytrzymałościowa do badania wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie materiałów termoizolacyjnych a w szczególności stawiając wymagania odnośnie parametrów technicznych opisanych w punkcie 11 i 14, Zamawiający kierował się faktycznymi potrzebami wynikającymi z zakresu prowadzonych badań.


Opisana w SIWZ maszyna wytrzymałościowa musi spełniać nie tylko wymagania podstawowe jak zgodność z normami, założoną klasę dokładności lecz również dodatkowe wymagania szczegółowe, ponieważ przeznaczona jest do szczególnych badań sprawdzających własności materiałów kruchych i ciągliwych.

Zamawiający ma prawo zamawiać takie urządzenia, jakie są mu niezbędne. Nie musi opisywać przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby zamówienie mogli zrealizować wszyscy Wykonawcy prowadzący działalność na rynku w danej branży jak również wymagań Zamawiającego nie muszą spełniać urządzenia wszystkich uznanych producentów sprzętu na świecie.

Uwzględniając zarzuty dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 15, 16, 19 i 24 Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W imieniu Zamawiającego

DZIEKAN

dr hab. inż. Krzysztof Wilde prof. nadzw. P.G.

