

Gdańsk, dnia 24.01.2008 r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ  
do postępowania nr ZP 01/WILiŚ/2008, CRZP 4/002/D/08**

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury, materiałów eksploatacyjnych i odczynników do Środowiskowego Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Zamawiający informuje, że w dniu 23 stycznia 2008 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

**Dotyczy:**

**Część K – APARATURA DO LABORATORYJNYCH POMIARÓW pH I TLENU**

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający w punkcie 4.2. SIWZ wymaga aby gwarancja dla części K przedmiotu zamówienia poz. 4.2 wynosiła co najmniej 12 miesięcy.

Dla opisanej elektrody pH producent oferuje 6-miesięczną gwarancję.

Czy Zamawiający zgodzi się aby gwarancja elektrody pH w części K, poz. 4.2. wynosiła 6 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza skrócenia gwarancji z 12-miesięcy do 6-miesięcy odnośnie elektrody pH w części K, poz. 4.2.

W imieniu Zamawiającego

Dziekan Wydziału Inżynierii  
Lądowej i Środowiska