

Gdańsk, dnia 17.01.2008r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ  
do postępowania nr ZP 02/WILiŚ/2008, CRZP 5/002/D/08**

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do Laboratorium Materiałoznawstwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Zamawiający informuje, że w dniu 16 stycznia 2008r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Dotyczy:  
Część C – Element systemu akwizycji danych-kamera termowizyjna

**Pytanie 1:**

Czy kamera termowizyjna musi być wyposażona w dotykowy ekran ciekłokrystaliczny?

**Odpowiedź:**

Kamera termowizyjna nie musi być wyposażona w dotykowy ekran ciekłokrystaliczny.

**Pytanie 2:**

Czy nawigacja menu może odbywać się tylko przy użyciu dżojstika?

**Odpowiedź:**

Tak, nawigacja menu może odbywać się tylko przy użyciu dżojstika.

W imieniu Zamawiającego

Dziekan Wydziału Inżynierii  
Lądowej i Środowiska