



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
regionalnego i Budżetu Państwa



Gdańsk, 26.02.2008

dotyczy: wyjaśnienia do SIWZ CRZP/016/002/D/08, ZP/03/WILiŚ/08 w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczo-pomiarowej dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy PZP Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczo-pomiarowej dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej wpłynęły zapytania:

Część E

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie suszarki o wysokości 1400mm lub 1390mm?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuści suszarkę o wymiarach podanych powyżej.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wewnętrzną wysokość obudowy sita o wymiarze 50mm?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuści sita o wymiarze 50mm.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sit prętowych okrągłych, ponieważ norma EN933-3 nie narzuca kształtu kwadratowej ramy sita, a tylko podaje przykładowy kształt sita?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuści zaoferowanie sit prętowych okrągłych.

Pytanie 4:

Czy jest dopuszczalne w aparacie do badania wodoszczelności próbek betonu przyłożenie ciśnienia wody tylko od dołu?

Odpowiedź 4:

Zamawiający wymaga aby przyłożenie ciśnienia wody było zarówno od dołu jak i od góry.

Pytanie 5:

Czy termin wykonania zamówienia podany w SIWZ tj. 30.04.2008 jest terminem ostatecznym, czy istnieje możliwość przedłużenia terminu?

Odpowiedź 5:

Termin wykonania zamówienia podany w SIWZ jest ostateczny.

Część G

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści komorę o długości zewnętrznej 1390mm?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuści komorę wymiarach podanych powyżej.

W związku ze zmianą parametrów Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

DZIEKAN

dr hab. inż. Krzysztof Wilde prof. nadzw. P.G.