



Projekt nr Z/2.22/I/1.3.1/006/04 "Laboratorium Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE" współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1, Działanie 1.3.1, dofinansowany jest w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Gdańsk, dnia 23.05.2008 r.

L. Dz. BPMiFS/680/2008/AW

Dotyczy: Wyjaśnienia do SIWZ ZP 74/002/D/08 w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury pomiarowej dla „Laboratorium rewitalizacji budowli miejskich CURE”.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy PZP Zamawiający informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury pomiarowej dla „Laboratorium rewitalizacji budowli miejskich CURE” wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie: Czy zamawiający, w części „O”, dopuszcza zaoferowanie mikroskopu metalograficznego z obiektywem o powiększeniu 100x zamiast wymaganego o powiększeniu 80x.

Odpowiedź: Zamawiający w specyfikacji Części O dotyczącej Zestawu do komputerowej analizy obrazu mikroskopowego w odniesieniu do mikroskopu metalograficznego do światła przechodzącego i odbitego określił parametry dostarczanych z mikroskopem obiektywów w następujący sposób: obiektywy plan-achromatyczne 4x, 10x, 20x, 40x, 80x. W odniesieniu do określonych wartości powiększenia obiektywów zamawiający dopuszcza aby dostarczony mikroskop zamiast obiektywu 80x posiadał (lepszy ze względu na powiększenia) obiektyw 100x.

Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja SIWZ nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Dziekan Wydziału Inżynierii

Lądowej i Środowiska

dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. nadzw. PG