

Zapytanie dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/281/008/D/08  
O udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę autoklawów laboratoryjnych sztuk dwa

Zamawiający informuje, że d w dniu 07.11.2008r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylizatora pionowego z pokrywą otwieraną horyzontalnie (w płaszczyźnie poziomej) ? Oferowane rozwiązanie nie wymaga dźwigania pokrywy do góry, przez co nie wymaga instalacji dodatkowych siłowników ułatwiających otwieranie. Dodatkowo na skutek otwierania w płaszczyźnie innej niż działanie ciśnienia z wnętrza autoklawu, powyższe rozwiązanie stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed niekontrolowanym otwarciem urządzenia w trakcie trwania procesu sterylizacji.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza autoklawu z pokrywą otwieraną na bok.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autoklawu o wymiarach zewnętrznych wynoszących (szer. wys. x gł. ) 1200 x 1305 x 600mm o wymiarach komory roboczej zgodnych z wymogami Zamawiającego zawartymi w arkuszu technicznym siwz?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza innych wymiarów zewnętrznych autoklawu.

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autoklawu o wadze 150 kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza autoklaw o wadze 150kg.

4. Cz w systemie zapisywania danych ma być uwzględniony niezależny system rejestracji parametrów (tzw. Data-logger), posiadający niezależne czujniki ciśnienia i temperatury, dokonujący wydruków na wbudowanej drukarce?

Odp. Zamawiający chce posiadać wydruk parametrów procesu ze sterownika autoklawu.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z obudową zewnętrzną autoklawu wykonaną ze stali nierdzewnej, z wykończeniami wykonanymi z twardego plastiku odpornego na nadtopienia – oferowane rozwiązanie ma na celu odizolowanie elementów nagrzewających się od otoczenia (bardzo niska przewodność cieplna w porównaniu z metalem)

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie .

