

L.dz.: WETI/3155/109

Gdańsk, dn. 15.10.2009

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczej i pomiarowej do Projektu Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr postępowania CRZP/848/009/D/09.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczej i pomiarowej do Projektu Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr postępowania CRZP/848/009/D/09 – część B zamówienia, wpłynęło zapytanie:

CZĘŚĆ B zamówienia:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części B postępowania kalibratora temperatury posiadającego zakres od 35⁰C do 350⁰C zamiast specyfikowanego w załączniku II do siwz części B zakresu od 28⁰C do 400⁰C.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie w części B postępowania, na dostawę kalibratora (zadajnika) temperatury, urządzenia o parametrach dotyczących zakresu temperatury od 35⁰C do 350⁰C.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

DZIEKAN

dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
prof. nadzw. PG