



Politechnika Gdańska  
Wydział Chemiczny

Gdańsk, dnia 09.02.10r

## **ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ DO POSTĘPOWANIA ZP/127/008/D/10**

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do oznaczania aktywności przeciwdrobnoustrojowej biopreparatów z kapusty wobec bakterii beztlenowych, mineralizatora, liofilizatora, spektrofotometru.

Zamawiający informuje, że w dniu 08, 09.10.09r wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującym brzmieniu:

Część D- Spektrofotometr odbiciowy w zakresie UV-VIS

Pyt.1

Czy Zamawiający dopuszcza spektrofotometr o zmiennej szerokości szczeliny od 0.1 do 5.0nm, zamiast wymaganej 0.1 do 10nm,.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szybkości skanowania 1000nm/min (a szybkości zmiany długości fali 2400nm/min) zamiast wymaganych 4000nm/min. Taka prędkość skanowania oznacza zebranie widma z próbki w całym zakresie w czasie 42 sekund, ponadto poprzez ograniczenie prędkości skanowania proponowane urządzenie zapewnia rozdzielczość 0,01nm, czyli możliwość zbierania danych w odstępach 0,01nm

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pyt.3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dokładnością długości fali 0,3nm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (wzór umowy §6 ust.1) na : Za opóźnienie w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w umowie, za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia realizacji włącznie. Kara umowna zostanie potrącona przez Zamawiającego z należności do zapłaty wynikającej z faktury Wykonawcy” Tak wysokie kary umowne



w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu umowy

Pyt. 5

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (wzór umowy §6 ust.2) na: Za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na nowy, wolny od wad w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w umowie za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu towaru do dnia wymiany włącznie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pyt. 6.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zmieni zapis umowy §5 pkt. 7 na : W przypadku trwałych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany uszkodzonego przedmiotu zamówienia na wolny od wad”

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

