



POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

L.dz.: WETI/917/2010

Gdańsk, dn. 15.03.2010

ZMIANA SIWZ

Dotyczy: zmiany SIWZ - CRZP/206/009/D/10, ZP/ 09/WETI/10 na dostawę aparatu USG oraz wideoendoskopu diagnostycznego.

Na podstawie art. 38 ust. 4, po przeanalizowaniu wartości zamówienia, Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ :

1. W pkt. 2.3. Część I zamówienia:

Przed zmianą:

Aparat USG		Ilość – 1 sztuka
L.p.	Opis minimalnych wymagań	
1	W zakresie sprzętowym	
1.1	Cyfrowa technologia obrazu	
1.2	Monitor min. 15”	
1.3	Elektroniczne sondy pięcioczęstotliwościowe	
1.4	Rozbudowane funkcje kalkulacyjno-pomiarowe	
1.5	Cyfrowa archiwizacja obrazów	
1.6	Duża pamięć Cineloop: podczas badania umożliwiającą wybór najlepszego obrazu	
1.7	Port USB umożliwiający przenoszenie zdjęć do komputera	
1.8	Możliwość archiwizacji obrazów przy bardziej skomplikowanych przypadkach - wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows, tj. w formatach co najmniej BMP, JPG, PNG, MPEG i AVI	
1.9	Położnicze (OB.): automatyczne wyznaczanie wieku płodu oraz daty rozwiązania	
1.10	Kardiologiczne: pomiary częstotliwości akcji serca	
1.11	Szybka poprawa obrazu w obszarze badania	
1.12	Wzmocnienie w trybie B i M ustawiane oddzielnie	
1.13	Silikonowa klawiatura	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



14

1.14	Dostęp do większości funkcji za pomocą jednego przycisku
1.15	Głowica umożliwiająca badanie jamy brzusznej
1.16	Możliwość jednoczesnego podłączenia 4 głowic
1.17	Możliwość rozbudowy o kolor Doppler
1.18	Możliwość podłączenia głowicy 360°
1.19	Aparat fabrycznie nowy
2.	W zakresie innych cech
2.1	Urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model.

Po zmianie:

Aparat USG		Ilość – 1 sztuka
L.p.	Opis minimalnych wymagań	
1	W zakresie sprzętowym	
1.1	Cyfrowa technologia obrazu	
1.2	Monitor min. 15”	
1.3	Elektroniczne sondy pięcioczęstotliwościowe	
1.4	Rozbudowane funkcje kalkulacyjno-pomiarowe	
1.5	Cyfrowa archiwizacja obrazów	
1.6	Pamięć CineLoop: podczas badania umożliwiająca wybór najlepszego obrazu	
1.7	Port USB umożliwiający przenoszenie zdjęć do komputera	
1.8	Programy położnicze	
1.9	Kardiologiczne: pomiary częstotliwości akcji serca	
1.10	Szybka poprawa obrazu w obszarze badania	
1.11	Wzmocnienie w trybie B i M ustawiane oddzielnie	
1.12	Silikonowa klawiatura	
1.13	Dostęp do większości funkcji za pomocą jednego przycisku	
1.14	Głowica umożliwiająca badanie jamy brzusznej	
1.15	Możliwość jednoczesnego podłączenia 4 głowic	
1.16	Możliwość rozbudowy o kolor Doppler	
1.17	Możliwość podłączenia głowicy 360°	
1.18	Aparat fabrycznie nowy	
2.	W zakresie innych cech	
2.1	Urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model.	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



J

2. W rozdziale IX pkt. 1- opis kopert

Przed zmianą :

„OFERTA NA DOSTAWĘ APARATU USG ORAZ WIDEOENDOSKOPU DIAGNOSTYCZNEGO . NIE OTWIERAĆ **przed 17.03.2010**”.

Po zmianie:

„OFERTA NA DOSTAWĘ APARATU USG ORAZ WIDEOENDOSKOPU DIAGNOSTYCZNEGO . NIE OTWIERAĆ **przed 23.03.2010**”.

3. W rozdziale X pkt. 3 SIWZ

Przed zmianą

Termin składania ofert mija w dniu 17.03.2010 o godz. 12:30

Po zmianie :

Termin składania ofert mija w dniu **23.03.2010 o godz. 12:30**

4. W rozdziale X pkt. 5


Przed zmianą:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2010 o godz. 13:10 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pokój nr 122.

Po zmianie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.03.2010 o godz. 13:10** w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pokój nr 122.

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. Ich nie uwzględnienie przy sporządzaniu ofert spowoduje odrzucenie oferty.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

DZIEKAN

dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
prof. nadzw. PG



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

