



POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; Tel: (0-58) 347-10-54; E-mail: pielacha@eti.pg.gda.pl

Gdańsk, 27.04.2010

Zmiana SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szerokopasmowych odbiorników radiokomunikacyjnych i specjalistycznych elementów elektronicznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania: CRZP/267/009/D/10, ZP/24/WETI/10.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2007 nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) zamawiający informuje, że wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W punkcie II 2.5 Część II zamówienia – Dostawa specjalistycznych elementów elektronicznych ppkt. 2:

Przed zmianą:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość szt./komp. |
|------|---|------------------|
| 2. | Kalibrowane obciążenie na pasmo wysokiej częstotliwości | 1 |
| | Współczynnik odbicia: 0-4GHz: 0,024 (1,05 SWR) 4-12,4GHz: 0,048 (1,1 SWR); 12,4-18GHz: 0,11 (1,25 SWR) | |

Po zmianie:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość szt./komp. |
|------|---|------------------|
| 2. | Kalibrowane obciążenie na pasmo wysokiej częstotliwości | 1 |
| | Współczynnik odbicia: 0-4GHz: do 0,03 (1,05 SWR) 4-12,4GHz: do 0,055 (1,11 SWR); 12,4-18GHz: do 0,14 (1,3 SWR) | |

W punkcie II 2.5 Część II zamówienia – Dostawa specjalistycznych elementów elektronicznych ppkt. 3:

Przed zmianą:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość szt./komp. |
|------|---|------------------|
| 3. | Zestaw kalibrowanych tłumików na pasmo wysokiej częstotliwości | 1 |
| | Tłumiki: 3 dB \pm 0,3; 6 dB \pm 0,3; 10 dB \pm 0,5; 20 dB \pm 0,5 | |

Po zmianie:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość szt./komp. |
|------|---|------------------|
| 3. | Zestaw kalibrowanych tłumików na pasmo wysokiej częstotliwości | 1 |
| | Tłumiki: 3 dB \pm 0,3; 6 dB \pm 0,4; 10 dB \pm 0,6; 20 dB \pm 1 | |

W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Powyższe zmiana stanowi integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

**ZATWIERDZIŁ
DZIEKAN**

**dr hab. inż. Krzysztof Goczyla
prof. nadzw. PG**