

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie UZP w dniu 02.06.2010r nr ogłoszenia 154738 -2010 i na stronie internetowej [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego**

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ DO POSTĘPOWANIA NR ZP/313/008/D/10**

**DOTYCZY:**

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów laboratoryjnych.

Zamawiający informuje, że w dniu 10.06.2010r wpłynęło pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującym brzmieniu:

**Pytanie 1( dotyczy części nr 9)**

Pozycja nr 2- wyspecyfikowany przez Państwa produkt o nr kat.5181-3377 odpowiada insertom o obj. 400ul ( w zał. przesyłam stronę z katalogu firmy Agilent) a w nazwie przedmiotu zamówienia podają Państwo inserty o obj. 250ul.

W związku z powyższym bardzo proszę o potwierdzenie , która obj. insertów jest właściwa.

**Odpowiedź:**

**Właściwa jest objętość 400ul , nr kat. 5181-3377**