

Gdańsk, 29 września 2010 r.

## ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej - ZP 415/014/D/10 .**

Zamawiający informuje, że w dniu 27 września 2010 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytanie dotyczy części 2 prowadzonego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp (Dz. U. z dnia 25.06.2010 r. nr 113 poz.759 tekst jednolity), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane zapytanie.

### Zapytanie

Czy dopuszczacie Państwo możliwość zakupu testera oleju transformatorowego o wyższym napięciu maksymalnym np. 80kV? W przypadku przyrządów o większym napięciu probierczym zwiększa się zakres jego zastosowań.

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu testera oleju transformatorowego o wyższym napięciu maksymalnym.

DZIEKAN  
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

.....  
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk  
( w imieniu Zamawiającego )