

Gdańsk, dnia 2010-10-15

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620
Telefon: +48 (0-58) 348 63 23
fax : +48 (058) 341-61-32
<http://www.pg.gda.pl>

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dot.: postępowania nr CRZP/440/009/D/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do pomiarów EKG w warunkach stacjonarnych i mobilnych, tj. aparatu EKG oraz zestawu holterowskiego w ramach Projektu „Domowy asystent osób starszych i chorych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Priorytet 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuje, iż w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wpłynęły od Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Poniżej podajemy treść zapytań w oryginalnym brzmieniu przesłanych przez Wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści elektrokardiograf z dużym, dotykowym, 5,7” kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści elektrokardiograf z pamięcią do 500 badań?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuści aparat z możliwością prezentacji wyników analizy i interpretacji na wydruku?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4:

Pytanie dot. poz. 2 – zestaw holterowski umożliwiający rejestrację i analizę zarejestrowanych sygnałów.

Czy Zamawiający posiada rejestratory holterowskie kompatybilne z wymaganym systemem holterowskim? Jeżeli nie, to prosimy o określenie ile rejestratorów holterowskich należy zaoferować i o jakich parametrach technicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada rejestratorów holterowskich.

Parametry techniczne zamawianego rejestratora (1 szt.) znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.





Pytanie 5:

Dot. aparatu EKG umożliwiającego rejestrację oraz interpretację zarejestrowanego badania:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokardiograf z pamięcią 200 ostatnich badań? Taka ilość badań jest zupełnie wystarczająca aby poprawnie sprawdzić historię pacjenta i poprawnie zdiagnozować jego stan. Punkt 5

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokardiograf z przeglądaniem na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań bez możliwości zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości? Elektrokardiograf oferowany przez naszą firmę zapisuje wynik badań w postaci 12 krzywych bardzo ładnie widocznych na ekranie z możliwością odtworzenia krzywych z zapisanego badania w czasie rzeczywistym lub ich uśrednieniu. Punkt 6

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokardiograf bez sygnalizacji złego podłączenia poszczególnych elektrod ale z funkcją sygnalizacji braku podłączenia poszczególnych elektrod? Punkt 10

Odpowiedź:

Nie.


Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokardiograf w którym komunikacja z komputerem PC odbywa się za pomocą interfejsu RS 232 lub RJ-45? Istnieje natomiast możliwość transferu badań poprzez interfejs USB. Punkt 12

Odpowiedź:

Nie.

Dziekan Wydziału



(podpis kierownika jednostki)

dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
prof. nadzw. PG



MP