

Gdańsk, dnia 18.11.2010r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
do postępowania nr ZP 33/WILiŚ/2010, CRZP 499/002/D/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do Środowiskowego Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający informuje, że w dniu 18 listopada 2010r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby oferta cenowa uwzględniała także adaptory do probówek 0,2 i 0,5 ml czy też jedynie aby wyceniany w ofercie rotor posiadał taką opcję – do uzupełnienia w przyszłości jako ewentualne doposażenie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jedynie aby wyceniany w ofercie rotor posiadał taką opcję – do uzupełnienia w przyszłości jako ewentualne doposażenie.

W związku z powyższym Zamawiający nie wprowadza zmian w treści SIWZ.

Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja

.....
(w imieniu Zamawiającego)