

Gdańsk, dnia 19.11.2010r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**  
**do postępowania nr ZP 33/WILiŚ/2010, CRZP 499/002/D/10**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do Środowiskowego Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający informuje, że w dniu 19 listopada 2010r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

**Pytanie nr 1:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem ZP 33/WILiŚ/2010 CRZP 499/002/D/10 prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące części C – aparatura do pracowni mikrobiologicznej lp. 3 : sterylizator parowy

W opisie znajduje się sterylizator parowy o poj. 12 litrów z wymaganą temperaturą sterylizacji 126 st C przy czasie sterylizacji 25 min +/- 5 min.

Ponieważ technologicznie możliwe są warianty:

- a) temperatura sterylizacji 126 st C przy czasie sterylizacji ok. 11min +/- 3 min
- b) temperatura sterylizacji 121 st C przy czasie sterylizacji ok. 25 min +/- 5 min

prosimy o decyzję jakiego wariantu wymaga Zamawiający.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga następujących parametrów sterylizacji:  
temperatura sterylizacji 126<sup>0</sup>C przy czasie sterylizacji ok. 11min +/- 3 min

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ.

Dziekan Wydziału Inżynierii  
Lądowej i Środowiska  
dr hab. inż. Ireneusz Kreja

.....  
(w imieniu Zamawiającego)