

Gdańsk 30.12.2010

dot. Dostawa mikroskopu do badań krystalograficznych w zestawie z kamerą cyfrową w ramach projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" CRZP/539/050/D/10.

W imieniu Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, informuję, iż w postępowaniu CRZP/539/050/D/10 wpłynęły zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nasadkę okularową z bardziej ergonomicznym 30° kątem nachylenia oraz regulacją jednocześnie położenia i rozstawu okularów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nasadkę okularową z 30° kątem nachylenia oraz regulacją jednocześnie położenia i rozstawu okularów.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kamerę o rozdzielczości 2 mln. pikseli i wielkości matrycy 1/1,8 z wielkością piksela 4,4 x 4,4um dzięki czemu kamera będzie miała lepszą czułość i szybkość (np. 15fps przy rozdzielczości 1200x1600)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kamerę o rozdzielczości min. 2 Mpixeli (matryca min. 1/1.8") jeżeli podgląd na żywo będzie odbywał się z prędkością min. 15 kl/s przy rozdzielczości min. 1200x1600.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kamerę z zapisem zdjęć na komputerze lub bez komputera na pamięci USB?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zapis zdjęć na pamięć USB w opcji bez komputera.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zmieniacza obiektywów na 4 obiektywy z możliwością centrowania każdego z nich (w wyposażeniu mikroskopu są 3 obiektywy więc zmiana ta nie ograniczy pracy urzędnika)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmieniacz obiektywów na min. 4 obiektywy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZATWIERDZIŁ  
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO