

Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/57/008/D/11

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego.

Zamawiający informuje, że w dniu 01-02.03.11r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pyt. 1 Część 5 – dostawa mikroskopu laboratoryjnego

1. Czy Zamawiający dopuści równoważny mikroskop odwrócony z bardziej uniwersalnym rewolwerem na 5 obiektywów zamiast czterech i z lepszymi okularami o polu widzenia 22 mm?
Zamawiający dopuszcza
2. Do jakiego oświetlenia ma być zasilacz zewnętrzny ? Czy chodzi tu o dodatkowe oświetlenie czy też ma on zasilać standardowy oświetlacz halogenowy 30W z rubryki „Oświetlacz” ? Jeśli zaś ma to być zasilacz do standardowego oświetlenia to czy może to być ergonomiczny zasilacz wbudowany w korpus mikroskopu zamiast wolnostojącego ?
Zamawiający dopuszcza
3. Czy Zamawiający dopuści równoważny mikroskop odwrócony z lepszym rewolwerem na 5 obiektywów zamiast czterech i z lepszymi okularami o polu widzenia 22mm oraz obiektywami wyposażonymi w opis, dla określenia aktualnego powiększenia, zawierający wartość powiększenia jak też oznakowanie kolorowymi paskami określające powiększenie co wyklucza możliwość pomyłki co do aktualnego powiększenia ?
Zamawiający dopuszcza

Pyt. 2 Część 7 - dostawa pieca laboratoryjnego

1. Czy Zamawiający dopuszcza piec laboratoryjny o wymiarach 230x240x170mm?
2. Zamawiający nie dopuszcza
3. Czy Zamawiający dopuszcza pojemność pieca 9l?
4. Zamawiający nie dopuszcza
5. Czy Zamawiający dopuszcza piec bez hermetycznego zamknięcia komory?
6. Zamawiający nie dopuszcza