

Gdańsk, dnia 29.06.2011r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ  
do postępowania nr ZP 18/WILiŚ/2011, CRZP 201/002/D/11**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę betonoskopu dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający informuje, że w dniu 28.06.2011r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

**Pytanie nr 1:**

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwo przetargu nieograniczonego:  
„Dostawa betonoskopu dla wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej”

Proszę o informację, czy konieczne jest spełnienie warunku nr 5 z Opisu Technicznego Oferowanego Przedmiotu Zamówienia tj. „Funkcja obliczania wytrzymałości betonu jako kombinacji liczby odbicia młotka Schmidta i prędkości rozchodzenia fali ultradźwiękowej”?

W uzasadnieniu pragnę poinformować, że produkcja urządzenia o nazwie TICO spełniającego ten warunek została zakończona 2 lata temu, a urządzenie PUNDIT LAB, które zastąpiło powyższe, funkcji tej nie posiada.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z: Funkcji obliczania wytrzymałości betonu jako kombinacji liczby odbicia młotka Schmidta i prędkości rozchodzenia fali ultradźwiękowej.

W związku z powyższym dokona zmiany treści SIWZ.

**Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.**

**W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia 04.07.2011 do godz. 12:00.**