

**Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/380/008/D/11**

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komory laminarnej i inkubatorów 2 sztuki

Zamawiający informuje, że w dniu 13.10.11r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pyt. 1 – Czy Zamawiający dopuści wydzielenie z przetargu komory laminarnej typu Biohazard?

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Pyt. 2 - Czy Zamawiający w części III dopuści system wykorzystujący 3 dmuchawy o niewielkim poborze energii zapewniające optymalny przepływ powietrza? Rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie poboru energii do poziomu poniżej 150 W i uzyskanie głośności mniejszej niż 53 dB.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany systemu cyrkulacji powietrza .

Pyt. 3

Czy Zamawiający w części III podpunkcie dopuści okno frontowe przesuwane elektrycznie? Naszym zdaniem takie rozwiązanie pozwala w wygodniejszy sposób regulować jej położenie.

Zamawiający nie dopuszcza przesuwania okna elektrycznie.

Pyt. 4

Czy Zamawiający w części III dopuści szybę frontową ustawioną pod kątem 81°? Takie ustawienie szyby gwarantuje lepszą widoczność obszaru roboczego i większą wygodę dla operatora.

Zamawiający nie dopuszcza szyby frontowej ustawionej pod kątem. Preferuje szybę pionową.