

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 13809-2012 z dnia 2012-01-13 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Mobilnego Laboratorium  
Diagnostyki i Technologii Środowiska. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:  
część I: CZUJNIK POZIOMU CIECZY wraz z montażem - liczba sztuk: 3, ...  
Termin składania ofert: 2012-01-24

---

**Numer ogłoszenia: 19254 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 13809 - 2012 data 13.01.2012 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,  
woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Mobilnego Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części: część I: CZUJNIK POZIOMU CIECZY wraz z montażem - liczba sztuk: 3, część II: PRZEPLYWOMIERZ WIROWY wraz z montażem - liczba sztuk: 3, część III: POMPY DO CIECZY AGRESYWNYCH wraz z montażem - liczba sztuk: 3, część IV: UKŁAD DOZOWANIA CHEMIKALIÓW wraz z montażem - liczba sztuk: 3, część V: ZBIORNIK wraz z montażem - liczba sztuk: 1, część VI: ANALIZATOR SKŁADU GAZÓW - liczba sztuk 1, część VII: DETEKTOR/ANALIZATOR VOC - liczba sztuk 1,..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Mobilnego Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części: część I: CZUJNIK POZIOMU CIECZY - liczba sztuk: 3, część II: PRZEPLYWOMIERZ WIROWY - liczba sztuk: 3, część III: POMPY DO CIECZY AGRESYWNYCH - liczba sztuk: 3, część IV: UKŁAD DOZOWANIA CHEMIKALIÓW - liczba sztuk: 3, część V: ZBIORNIK wraz z montażem - liczba sztuk: 1, część VI: ANALIZATOR SKŁADU GAZÓW - liczba sztuk 1, część VII: DETEKTOR/ANALIZATOR VOC - liczba sztuk 1,..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** ZAŁ. I.
- **W ogłoszeniu jest:** ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ I: CZUJNIK POZIOMU CIECZY wraz z montażem. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: liczba sztuk: 3, Opis: radarowy czujnik poziomu cieczy wysokiej precyzji, komunikacja HART, 4-20 mA, 0-5 V, częstotliwość 6 GHz. Dokładny opis

przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...

- **W ogłoszeniu powinno być:** ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ I: CZUJNIK POZIOMU CIECZY 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: liczba sztuk: 3, Opis: radarowy czujnik poziomu cieczy wysokiej precyzji, komunikacja HART, 4-20 mA, 0-5 V, częstotliwość 26 GHz. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** ZAŁ. I.
- **W ogłoszeniu jest:** CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II: PRZEPIYWOMIERZ WIROWY wraz z montażem..
- **W ogłoszeniu powinno być:** CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II: PRZEPIYWOMIERZ WIROWY.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** ZAŁ. I.
- **W ogłoszeniu jest:** CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ III: POMPY DO CIECZY AGRESYWNYCH wraz z montażem..
- **W ogłoszeniu powinno być:** CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ III: POMPY DO CIECZY AGRESYWNYCH.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** ZAŁ. I.
- **W ogłoszeniu jest:** CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: CZĘŚĆ IV: UKŁAD DOZOWANIA CHEMIKALIÓW wraz z montażem..
- **W ogłoszeniu powinno być:** CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: CZĘŚĆ IV: UKŁAD DOZOWANIA CHEMIKALIÓW.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4).
- **W ogłoszeniu jest:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2012 godzina 09:30, miejsce: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Skrzydło B Gmachu Głównego, pokój 206, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233, 80-233 Gdańsk..
- **W ogłoszeniu powinno być:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2012 godzina 11:30, miejsce: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Skrzydło B Gmachu Głównego, pokój 206, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233, 80-233 Gdańsk..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.16).
- **W ogłoszeniu jest:** IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-13. Wartość projektu: 23.888.539,99 zł. Nr umowy: UDA-RPPM.01.05.01-00-011/08-00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2012 r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, budynek Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości, al. Zwycięstwa 27, pokój 11, 80-233 Gdańsk 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów..

- **W ogłoszeniu powinno być:** IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-13. Wartość projektu: 23.888.539,99 zł. Nr umowy: UDA-RPPM.01.05.01-00-011/08-00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2012 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, budynek Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości, al. Zwycięstwa 27, pokój 11, 80-233 Gdańsk 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów..