



Gdańsk, dnia 29.02.2012 r.

**ZP/14/D/050/12**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „*Dostawa komory klimatycznej w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej*”

Zamawiający, Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80- 233 Gdańsk na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż w dniach 06.02.2012 r.- 17.02.2012 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

- 1. Pytanie:** *Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie pkt. 1 wymagań technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia. Więc: 1 pkt 1; wymiary wewnętrzne komory- nie mniej niż 300 mm. Ten wymiar odnosi się do szerokości, głębokości czy też wysokości komory roboczej? Jaka jest przewidziana pojemność komory roboczej?*

**Odpowiedź:** Każdy z wymiarów (tj. szerokość, głębokość i wysokość muszą mieć co najmniej 300 mm.

- 1. Pytanie:** *Czy zamawiający dopuszcza zakres wilgotności komory od 30% do 95% RH?*

**Odpowiedź:** Zakres wilgotności Komory musi zaczynać się od 10% RH, Komora, której zakres wilgotności rozpoczyna się od 30% RH nie będzie spełniała wymagań postawionych w SIWZ. Zamawiający dopuści Komorę klimatyczną, której zakres wilgotności kończy się na 95% RH. Powyższa odpowiedź wprowadza zmianę do SIWZ.

- 2. Pytanie:** *Czy zamawiający dopuści komputer bez oprogramowania? Komora posiada możliwość sterowania i odczytu przebiegu testu bezpośrednio przez przeglądarkę internetową.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania proponowanego przez Wykonawcę.

- 3. Pytanie:** *Jakie przeszkody można napotkać podczas instalacji? (Wąskie przejścia, umieszczenie maszyny na pięttrze, schody itp.)*

**Odpowiedź:** Miejsce dostawy wskazane przez pracownika Zamawiającego w chwili dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia pozbawione jest przeszkód w postaci schodów, wąskich przejść, usytuowane jest na poziomie gruntu.

- 4. Pytanie:** *W SIWZ jest zapis „Możliwość wykonywanie testów temperaturowych w zakresie od nie więcej niż -40 stopni Celsjusza do nie mniej niż -150 stopni Celsjusza przy odchyłce temperatury od wartości zadanej nie więcej niż 1 stopień Celsjusza” Proszę sprecyzować, czy temperatura 150 stopni Celsjusza ma być ujemna czy dodatnia. Sformułowanie zdania sugeruje inne znaczenie niż znak- przed wartością*

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ. Możliwość wykonywania testów temperaturowych w przedziale od -40 stopni Celsjusza ( lub w temperaturze niższej) do +150 stopni Celsjusza (lub w temperaturze wyższej) przy odchyłce temperatury od wartości zadanej nie więcej niż 1 stopień Celsjusza.

- 5. Pytanie:** *Wymiar wewnętrzny komory- nie mniej niż 300 mm. Ten wymiar odnosi się do szerokości, głębokości czy też wysokości komory roboczej?*

**Odpowiedź:** Odpowiedź udzielona w pkt 1.



6. **Pytanie:** *Możliwość wykonywania testów temperaturowych w zakresie od nie więcej niż -40 stopni Celsjusza do nie mniej -150 stopni Celsjusza. Czy nastąpiła tu pomyłka pisarska, czy też będą przeprowadzone tylko w temperaturach minusowych?*

**Odpowiedź:** Odpowiedź udzielona w pkt. 4

7. **Pytanie:** *W wymaganiach technicznych w pkt. 1 Zamawiający określi wymiary wewnętrzne komory- nie mniej niż 300 mm. Prosimy o doprecyzowanie tego punktu*

**Odpowiedź:** Odpowiedź udzielona w pkt 1.

8. **Pytanie:** *Czy zamawiający zaakceptuje komorę klimatyczną o pojemności 256 l. i wymiarach wewnętrznych komory szer x gł x wys: 640 x 597 x 670 mm z możliwością wykonywania testów temperaturowych od - 42 do 190 stopni Celsjusza spełniającej wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?*

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią w pkt. 1 szerokość, głębokość i wysokość komory klimatycznej muszą mieć co najmniej 300 mm. Proponowane przez Wykonawcę wymiary spełniają minimalne wymogi postawione w SIWZ. Zgodnie z odpowiedzią w pkt. 4 proponowany przez Wykonawcę zakres testów temperaturowych spełnia wymogi postawione w SIWZ.

9. **Pytanie:** *Czy zamawiający dopuści komorę, której regulowana wilgotność jest w zakresie temperatury od +10 stopni Celsjusza do + 85 stopni Celsjusza?*

**Odpowiedź:** Proponowana przez Wykonawcę komora klimatyczna, której zakres temperaturowy regulowanej wilgotności kończący się na + 85 stopni Celsjusza nie będzie zgodna z wymogami SIWZ.

10. **Pytanie:** *Czy zamawiający wydłuży czas dostawy do 4 miesięcy?*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydłuża terminu dostawy do 4 miesięcy. W przypadku przekroczenia terminu ustalonego w umowie Zamawiający naliczy karę umowną.

11. **Pytanie:** *Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby drzwi komory klimatycznej wyposażone były w podświetlane okno inspekcyjne o wymiarach min. L szer. 280 mm i wysokości 220 mm, którego zadaniem jest łatwa obserwacja wnętrza komory oraz testowanej próby?*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga aby proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie musiało być bezwzględnie spełnione.

12. **Pytanie:** *Czy zamawiający wymaga oprogramowania w języku polskim na panelu sterującym komorę?*

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ. Wymaga się aby oprogramowanie było w języku polskim lub języku angielskim. Do oprogramowania (w chwili dostawy) musi być dołączona bezwzględnie instrukcja w formie papierowej w języku polskim.

**Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.**

**Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl) zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 uPzp, prowadzą także do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.**

**KANCLERZ**

**mgr inż. Marek Tłok**  
**(Kierownik Zamawiającego**  
**lub osoba upoważniona)**