



Politechnika Gdańska  
Wydział Inżynierii Lądowej  
i Środowiska

Gdańsk, dnia 28.03.2012 r.

## **ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ w postępowaniu nr ZP 11/WILiŚ/2012, CRZP 59/002/D/12**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę klucza dynamometrycznego do defektoskopii materiałowej i geometrycznej konstrukcji metalowych w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.03.2012r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy o brzmieniu:

Czy Zamawiający dopuszcza klucz dynamometryczny z zakresem o wartości od 81 do 810 Nm – przy pozostałych parametrach klucza zgodnych z SIWZ?

### **Odpowiedź:**

TAK. Zamawiający dopuszcza sprzęt o dolnym mierzalnym progu zakresu pomiarowego od 81 Nm. Górny – 810 Nm.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ.

Dziekan  
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

.....  
(w imieniu Zamawiającego)