



Gdańsk, 20. 08. 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Numer sprawy: ZP/132/050/D/12

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 000 euro na „Dostawa sprzętu do badań ultradźwiękowych metali i warstw wierzchnich w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej”.*

Działając na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp” **Politechnika Gdańska** informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Olympus Polska Sp. z o. o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa – z ceną 95 218,85 zł brutto.
2. BTH „TESTING” Sobek – Urbańczyk – Perończyk Spółka Jawna, ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice – z ceną 60 885,00 zł brutto.
3. MS-HYDRO s. c. Maciej Różański, Sławomir Kuchnowski, ul. Barniewicka 54 F, 80-299 Gdańsk z ceną 44 000,00 zł netto.

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące Oferty złożone przez Wykonawców:

1. MS-HYDRO s. c. Maciej Różański, Sławomir Kuchnowski, ul. Barniewicka 54 F, 80-299 Gdańsk

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty: W toku badania ofert stwierdzono: w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w II. Rdz. Zamawiający postawił warunek techniczny dla przedmiotu zamówienia, który musiał posiadać funkcję możliwości regulacji częstotliwości w następujących zakresach od: 0,3 do 1 MHz/ 0,5 do 4Mhz/ 0,8 do 8Mhz/ 2 do 20MHz.

W/w Wykonawca zaoferował: Możliwość regulacji częstotliwości w zakresach: od 1 do 4 MHz, od 0,5 do 15 MHz. A więc nie zaoferował zakresu pozwalającego na możliwość regulacji częstotliwości od 03 do 1 MHz, od 2 do 20 MHz.

2. BTH „TESTING” Sobek – Urbańczyk – Perończyk Spółka Jawna ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice

Uzasadnieni faktyczne odrzucenia oferty: W toku badania ofert stwierdzono: w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w II. Rdz. Zamawiający postawił warunek techniczny dla przedmiotu zamówienia, który musiał posiadać funkcję możliwości regulacji częstotliwości w następujących zakresach od: 0,3 do 1 MHz/ 0,5 do 4Mhz/ 0,8 do 8Mhz/ 2 do 20MHz.

W/w Wykonawca zaoferował: Możliwość regulacji częstotliwości w zakresach od 0,3 do 15, 1 Mhz; 2 Mhz; 2,25MHz, 4Mhz, 5MHz, 10Mhz; 15 MHz. A więc nie zaoferował zakresu pozwalającego na możliwość regulacji częstotliwości od 2 do 20 Mhz.

Uzasadnieni prawne odrzucenia w/w ofert: art. 89 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienie postępowania: Zamawiający na zrealizowanie przedmiotowego zadania początkowo zamierzał przeznaczyć kwotę 50. 000 zł brutto. W toku badania ofert zwiększył ją do kwoty 60 885,00 zł brutto. Jednak oferty zakładające realizacje w/w zadania mieszczące się w tej kwocie podlegają odrzuceniu.

Oferta Wykonawcy Olympus Polska Sp. z o. o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa zakłada realizację przedmiotowej



dostawy za cenę, która jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne postępowania: art. 93 ust. 4) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

mgr inż. Piotr Iwańczak

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

Z-CIA KONTROLERZA DS. ZASOBÓW TECHNICZNYCH
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

mgr inż. Piotr Iwańczak

CENTRUM
NANOTECHNOLOGII
Politechniki Gdańskiej