

Gdańsk, dnia 02.08.2012r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr ZP 40/WILiŚ/2012, CRZP 272/002/D/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, odczynników i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby naukowe dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający informuje, że w dniu 01.08.2012r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Dotyczy części D – Miernik ATP

Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przenośnego miernika ATP zasilanego za pomocą baterii akumulatorowych, które pozwalają na wielokrotne ładowanie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania przenośnego miernika ATP zasilanego za pomocą baterii akumulatorowych, wynika to z opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przenośnego miernika ATP bez stacji dokującej jeżeli baterie akumulatorowe ładowane są za pomocą kabla?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3:

3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przenośnego miernika ATP umożliwiającego przechowywanie powyżej 5000 wyników pomiarów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie sprecyzował szczegółowego warunku w tym zakresie.

Pytanie nr 4:

4. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przenośnego miernika ATP, który zapamiętuje powyżej 500 punktów pomiarowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie sprecyzował szczegółowego warunku w tym zakresie.