



POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

L.dz.: WETI / 3219 / 2012

Gdańsk, dn. 03.09.2012

Dotyczy: postępowania na dostawę aparatury badawczej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wpłynęły zapytania:

Dotyczy części I zamówienia pkt. 11

Pytanie :

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zasilacza regulowanego, którego dokładność programowania napięcia na wyjściu 2 i 3 DC wynosi: 0,05% + 20mV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody aby dokładność programowania napięcia na wyjściu 2 i 3 DC w oferowanym zasilaczu wynosiła 0,05% + 20mV.

DZIEKAN


dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

prof. nadzw. PG

