

Gdańsk, dnia 20.09.2012r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr ogłoszenia 198625-2012 , data zamieszczenia 14.09.2012r.
i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie
Zamawiającego.**

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
wag analitycznych i wagi półmikroanalitycznej oraz sukcesywną dostawę tipsów
światłowodowych:**

ZP/332 /008/D/12

W dniu 19.09.2012r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

Część 1. Waga analityczna:

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuści aby czas pomiaru wynosił $\leq 3,5$ s?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 2. Czy zamawiający dopuści aby wymiar szalki wagi wynosił 85 mm?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 3. Czy zamawiający dopuści wagi o wymiarach zewnętrznych (szer. x dł. x wys.):
206 x 333 x 355 mm?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 4. Czy zamawiający dopuści wagi o wymiarach zewnętrznych (szer. x dł. x wys.):
217 x 360 x 348 mm?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuści wagi o wymiarach komory wagowej (szer. x dł. x wys.):
168 x 160 x 237 mm?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 6. Czy zamawiający dopuści wagi o wysokości komory wagowej od podstawy szalki 227 mm?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 7. Proszę o wyjaśnienie czy pisząc w pkt. 14 „wysokość liter na wyświetlaczu” Zamawiający
ma na myśli wysokość cyfr wyświetlanego wskazania wagi.

Odp.

Tak, Zamawiający ma na myśli wysokość cyfr wyświetlanego wskazania wagi.

Część 1. Waga półmikroanalityczna:

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuści aby zakres ważenia wagi wynosił 82/220g?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 2. Czy zamawiający dopuści wagę bez zabezpieczenia przed kradzieżą?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 3. Czy zamawiający dopuści wagi o wymiarach zewnętrznych (szer. x dł. x wys.):
202 x 484 x 294 mm?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 4. Czy zamawiający dopuści wagi o wymiarach zewnętrznych (szer. x dł. x wys.):
206 x 542 x 291 mm?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 5. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc w pkt. 15 „wymiar podstawy”.

Odp.

Zamawiającemu, chodzi o wymiar podstawy wagi bez komory wagowej.

Pytanie 6. Czy zamawiający dopuści wagi o wysokości komory wagowej od podstawy szalki 228 mm?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 7. Proszę o wyjaśnienie czy pisząc w pkt. 14 „wysokość liter na wyświetlaczu” Zamawiający ma na myśli wysokość cyfr wyświetlanego wskazania wagi.

Tak, Zamawiający ma na myśli wysokość cyfr wyświetlanego wskazania wagi.