



**Gdańsk, 17.01.2013r.**

**ZP/387/050/D/12**

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

Zamawiający, Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80 – 233 Gdańsk, informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę defektoskopu w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.**

**Uzasadnienie faktyczne:** W przedmiotowym postępowaniu wystartował Wykonawca: BTH SESTING Sobek–Urbańczyk-Perończyk Spółka Jawna, ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, którego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 uPzp.

**Uzasadnienie prawne:** zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „uPzp” Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

**Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:** W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył Wykonawca: BTH SESTING Sobek–Urbańczyk-Perończyk Spółka Jawna, ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice. W toku badania ofert stwierdzono, iż Wykonawca zaoferował: Możliwość regulacji częstotliwości w zakresach 0,3÷ 15Mhz: 1 Mhz, 2Mhz, 2,25 Mhz; 4MHz; 5MHz, 10 MHz, 15MHz. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał: Możliwość regulacji częstotliwości w zakresach: 0,3÷1 MHz/ 0,5÷4 MHz/0,8÷8MHz/2÷20MHz. Zgodnie z powyższym Wykonawca nie zaoferował zakresu pozwalającego na możliwość regulacji częstotliwości do 20 Mhz.

**Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty** art. 89 ust. 1 uPzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

KANCLERZ

*mgr inż. Marek Tłok*

.....  
Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona