

Gdańsk, dnia 19.10.2012r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie UZP w dniu 18.10.2012r nr ogłoszenia 221919- 2012 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DO POSTĘPOWANIA ZP/381/008/D/12**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego. ZP/381/008/D/12

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny **dokonał zmiany treści siwz w następującym zakresie:**

Przed zmianą:

CZĘŚĆ1:

PAKIET A

Eksykator

Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 221 x 540 x 214 mm $\pm 3\%$

Wymiary każdej komory wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 212 x 162 x 180 mm $\pm 3\%$

Część 1

Pakiet A

Waga precyzyjna

Zamawiający wymaga załączenia listu autoryzacyjnego producenta do oferty przetargowej.

Membranowa pompa próżniowa/kompresor

Zamawiający wymaga załączenia listu autoryzacyjnego producenta do oferty przetargowej.

Łaźnia ultradźwiękowa

Zamawiający wymaga załączenia listu autoryzacyjnego producenta do oferty przetargowej.

Część 1

Pakiet 2

Inkubator

Zamawiający wymaga załączenia listu autoryzacyjnego producenta do oferty przetargowej.

Po zmianie:

CZĘŚĆ1:

PAKIET A

Eksykator

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.) 221 x 540 x 214 mm $\pm 3\%$

Wymiary każdej komory wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.) 212 x 162 x 180 mm $\pm 3\%$

Część 1:

Pakiet A

Waga precyzyjna

Zamawiający wymaga załączenia świadectwa autoryzacji serwisu technicznego wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia do oferty przetargowej.

Membranowa pompa próżniowa/kompresor

Zamawiający wymaga załączenia świadectwa autoryzacji serwisu technicznego wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia do oferty przetargowej.

Łaźnia ultradźwiękowa

Zamawiający wymaga załączenia świadectwa autoryzacji serwisu technicznego wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia do oferty przetargowej.

Część 1

Pakiet B

Inkubator

Zamawiający wymaga załączenia świadectwa autoryzacji serwisu technicznego wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia do oferty przetargowej.

Pozostała treść siwz pozostaje bez zmian.