



Gdańsk...09.04...2013r.

ZP/67/050/D/13

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Zamawiający, Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80 – 233 Gdańsk, informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: **dostawa pieców do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej cz. II oraz III.**

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: W przedmiotowym postępowaniu w części II oraz III Wykonawca: Firma Czylok Franciczek Czylok, ul. Pszczyńska 336, 44-335 Jastrzębie Zdrój złożył ofertę, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „uPzp”.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty w cz. II: W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył Wykonawca: Firma Czylok Franciczek Czylok, ul. Pszczyńska 336, 44-335 Jastrzębie Zdrój. W toku badania ofert stwierdzono, iż Wykonawca zaoferował piec wysokotemperaturowy rurowy Czylok PRS 40M/160. Wykonawca w załączniku nr 4 (w opisie oferowanej dostawy) wskazał, iż „**Długość sfery grzejnej, w której utrzymywana jest stała temperatura wynosi 15 cm**”. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał: „**Długość sfery grzejnej, w której utrzymywana jest stała temperatura to minimum 20cm**”. Zgodnie z powyższym Wykonawca nie zaoferował minimalnej właściwości, o której mowa w SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty w cz. III: W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył Wykonawca: Firma Czylok Franciczek Czylok, ul. Pszczyńska 336, 44-335 Jastrzębie Zdrój. W toku badania ofert stwierdzono, iż Wykonawca zaoferował piec wysokotemperaturowy rurowy Czylok PRS 40HM. Wykonawca w załączniku nr 4 (w opisie oferowanej dostawy) wskazał, iż oferowany przez niego piec posiada „**Maksymalną temperaturę pracy: 1300 stopni Celsjusza**”. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał: „**Maksymalna temperatura pracy minimum 1600 stopni Celsjusza**”. Zgodnie z powyższym Wykonawca nie zaoferował minimalnej właściwości, o której mowa w SIWZ

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty (w cz. II oraz III) - art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

KANCLERZ

Marek Tłok

.....
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona