



Gdańsk, dnia 24.04.2013 r.

ZP/111/D/051/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „dostawa wielozadaniowej aparatury ultrawysokopróżniowej przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw i układów wielowarstwowych metodą PVD modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z rodziny spektroskopii fotoelektronów PES oraz mikroskopii skaningowej SPM w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

### 1. W rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

w p. 5 Zamawiający żąda 24-miesięcznego okresu gwarancji.

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie standardowej, 12-miesięcznej gwarancji?

**Odpowiedź:** Zamawiający zgadza się na zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji.

### 2. W Załączniku nr 7: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W opisie ogólnym zdanie:

„Urządzenie musi być kompletne, aby po zainstalowaniu wszystkich elementów przez Wykonawcę oraz podłączeniu do instalacji elektrycznej było gotowe do pracy, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego.”

proponujemy zastąpić następującym:

„Urządzenie musi być kompletne, aby po zainstalowaniu wszystkich elementów przez Wykonawcę oraz podłączeniu do instalacji elektrycznej było gotowe do pracy. Pojemniki z gazem do działu jonowego, dewar do ciekłego azotu oraz ciekły azot zapewnia Zamawiający.”

„W szczególności powinny zostać dostarczone oleje do pomp próżniowych oraz co najmniej pięć targetów (ITO, Sn, Ti, V i Zn).”

prosimy rozwinąć do następującego brzmienia:

„W szczególności powinny zostać dostarczone oleje do pomp próżniowych oraz co najmniej pięć targetów (ITO, Sn, Ti, V i Zn). Gazy procesowe do modułu PVD wraz z reduktorami ciśnienia będą zapewnione przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź:** Zamawiający przychyliła się do treści proponowanej zmiany.

### 3. 2. Moduł SPM

w p. 1 - Komora modułu SPM

Proponujemy usunąć zdanie:

„Urządzenie musi być wyposażone w układ pompowy, pompę próżni wstępnej, moduł kontroli przepływu gazu i zawór zabezpieczający przed nadmiarem ciśnienia gazu.”, ponieważ jest częścią układu chłodzenia LHe, który nie wchodzi w skład specyfikowanej konfiguracji.

w p. 6 - Wymagane akcesoria

Proponujemy, aby zdanie:



*„Minimum 10 nośników do mocowania próbek przystosowanych do pracy w mikroskopie, z możliwością grzania bezpośredniego prądem lub poprzez bombardowanie elektronowe.”*

zastąpić następującym:

*„Minimum 10 nośników do mocowania próbek przystosowanych do pracy w mikroskopie, w tym jedna z możliwością grzania bezpośredniego prądem lub poprzez bombardowanie elektronowe.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający przychylił się do treści proponowanej zmiany.

#### 4. Moduł Wzrostu Warstw PVD

Ponieważ możliwość trawienia jonowego powierzchni jest zapewniona w module analitycznym XPS, aby spełnić wymagania dotyczące ceny aparatury, proponujemy wykreślić następujące zdanie:

*„Działo jonowe do czyszczenia powierzchni próbki o energii jonów do 5 keV wraz z cyfrowym układem sterującym.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

#### 5. W Załączniku nr 5 - WZÓR UMOWY

##### § 2 - Wartość umowy i warunki płatności

Zgodnie z p. XVI. SIWZ (dot. zaliczki), warunki przedpłaty powinny zostać zawarte we wzorze umowy.

Zwracamy się z prośbą o dodanie następujących zapisów, podobnych jak w poprzednim postępowaniu. Prosimy o uzupełnienie p. 2. do następującej postaci:

*„2. Podstawą końcowej zapłaty będzie faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy (...).”*

Dodatkowo prosimy o wprowadzenie następujących zapisów:

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że wysokość udzielonej zaliczki nie przekroczy 60 % kwoty wskazanej w § 2 ust 2.
- Udzielenie zaliczki możliwe jest jedynie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 100% wartości udzielanej zaliczki. Okres obowiązywania zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenia go w siedzibie Zamawiającego do dnia wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 powiększony o minimum 25 dni roboczych od daty wykonania przedmiotu umowy.
- Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie oryginalnego dokumentu w ..... ( w siedzibie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).
- Zaliczka zostanie wypłacona na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 21 dni od wystawionej faktury po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia o którym mowa w § 2 ust 4.
- Protokolarny odbiór będzie podstawą do zwrotu zabezpieczenia zwrotu zaliczki.

##### § 3 - Termin i warunki wykonania przedmiotu umowy

Instalacja i przeprowadzenie szkoleń w ciągu czternastu dni nie jest możliwe. Prosimy o wydłużenie terminu do ośmiu tygodni, podobnie jak w poprzednim postępowaniu, i zmienienie p. 3. 3) do następującego brzmienia:



„3. 3) Instalacja, przeprowadzenie szkolenia może nastąpić nie później niż osiem tygodni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy.”

#### **§ 4 - Warunki gwarancji**

W razie konieczności sprowadzenia specjalistycznych części od poddostawców naprawa może wymagać dłuższego czasu. Prosimy o wprowadzenie w p. 4 następującego zapisu:

„4. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni, a jeśli urządzenie musi być wysłane do producenta – nie może przekroczyć 120 dni.”

#### **§ 6 - Kary umowne**

Prosimy o wniesienie poprawek do p.1.:

„1. WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% wartości zamówienia netto wskazanej w §2 p.1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy oraz w usuwaniu wad lub usterek. Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia netto.”

**Odpowiedź:** Zamawiający przychylił się do treści proponowanych zmian.

**Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl) zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 uPzp. Prowadzą także do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.**

**(Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona)**