

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ  
do postępowania nr ZP 11/WILIŚ/2013, CRZP 106/002/D/13**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu i ekstensometrów na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Zamawiający informuje, że w dniu 26.03.2013r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówienia ZP 11/WILIŚ/2013 chcieliśmy zadać następujące pytania do SIWZ – część C - Ekstensometr do maszyny wytrzymałościowej do pomiaru i kontroli rozwarcia rys

**Pytanie nr 1:**

W związku z długim terminem dostawy ekstensometru czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 4 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy do 4 miesięcy, ze względu na to, że ponad dwukrotne wydłużenie terminu realizacji przedłuży mu znacząco termin rozpoczęcia badań.

**Pytanie nr 2:**

W związku z tym, że maszyna do badań dynamicznych Zwick HB250 obsługiwana jest za pomocą programu Workshop 96 czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z opisu oferowanego przedmiotu zamówienia następującej uwagi: „obsługa maszyny jak i proponowanego ekstensometru przez program testXpert II”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia z opisu oferowanego przedmiotu zamówienia następującej uwagi: „obsługa maszyny jak i proponowanego ekstensometru przez program testXpert II”, ze względu na to, iż zarówno program Workshop 96 jak i testXpert jest dla niego niezbędny.

**Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.**

Dziekan Wydziału Inżynierii  
Lądowej i Środowiska  
dr hab. inż. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG