

Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu ogłoszonym w
Biuletynie UZP w dniu 25.06.2013
Nr ogłoszenia 243616 -2013 i na
stronie internetowej
www.dzp.pg.gda.pl oraz siedzibie
Zamawiającego

**Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania Nr
ZP/256/008/D/13**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy pzp Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
informuje, że dokonał zmiany treści siwz w następującym zakresie:

Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia
Część 1 , pakiet 4

2. Termostatowana łaźnia ultradźwiękowa

Częstotliwość 35kHz

Objętość zbiornika 5 – 6 l

Moc grzania 280W

Zakres temperatur 30 - 80°C

Zbiornik ze stali nierdzewnej

Zawór spustowy ¼"

Gwarancja – 2 lata

Łaźnia powinna posiadać transduktory (układ oscylacji) PCT oraz funkcję powodującą ciągłe
oscylacje fali ultradźwiękowej celem zapewnienia równomiernego i dokładnego czyszczenia

Koszyk druciany do wyżej wymienionej łaźni – 1 sztuka

Pozostała treść specyfikacji jest bez zmian.