



dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer **ZP/314/008/D/13** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę laboratoryjnych wyrobów szklanych.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 01.08.2013 do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza biuretę z kurkiem iglicowym szklano-PTFEowym z brązową skalą? Jeśli nie, to proszę podać przykładową firmę, z której można otrzymać z czarną skalą.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza biuretę z kurkiem iglicowym szklano-PTFEowym z brązową skalą.