

Gdańsk, dnia 11.09.2013

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
ogłoszonym w Biuletynie ZP  
w dniu 05.09.2013r. nr ogłoszenia 360546-2013  
i na stronie internetowej [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl)  
oraz w siedzibie Zamawiającego

## **ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu nr CRZP/348/009/D/13**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/348/009/D/13.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 907) informuje, iż dokonuje zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**1. W rozdziale III pkt. 1 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część III – Wielokanałowy multimetr wymagania techniczne zmienia się zapis, który otrzymuje brzmienie :**

**Przed zmianą:**

- pomiar rezystancji - zakresy od 1 Ohm do 100 MOhmów z rozdzielczością 6.5 cyfry (rozdzielczość pomiaru 100 uOhm na zakresie 1 Ohm)

**Po zmianie:**

- pomiar rezystancji - zakresy od 100 Ohm do 100 MOhmów z rozdzielczością 6.5 cyfry (rozdzielczość pomiaru 100 uOhm na zakresie 100 Ohm)

**2. Ulega zmianie załącznik nr 6 III do SIWZ (Opis oferowanego przedmiotu zamówienia ), który otrzymuje brzmienie:**

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia ..... 2013r.

Nr postępowania: ZP/58/WETI/2013  
CRZP/348/009/D/13

### OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagane parametry techniczne	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia lub potwierdzenie spełniania wymagań poprzez wpisanie słowa „TAK”, producent oferowanego przedmiotu zamówienia.
<b>Wielokanałowy multimetr – 1 sztuka</b> producent: ..... typ: ..... model:.....	
Przyrząd musi umożliwiać podstawowe pomiary elektryczne wielokanałowo w tym, pomiar napięcia, prądu, rezystancji. <b>Dane techniczne:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pomiar napięcia DC - zakresy od 100 mV do 1000 V z rozdzielczością 6.5 cyfry (rozdzielczość napięciowa 0.1 uV na zakresie 100 mV).</li> <li>• pomiar rezystancji - zakresy od 100 Ohm do 100 MOhmów z rozdzielczością 6.5 cyfry (rozdzielczość pomiaru 100 uOhm na zakresie 100 Ohm)</li> <li>• pomiar prądu DC - zakresy od 20 mA do 3 A z rozdzielczością 6.5 cyfry (rozdzielczość prądowa 10nA na zakresie 20 mA).</li> <li>• szybkość pomiaru napięcia z wielu kanałów przez interfejs cyfrowy z rozdzielczością 5.5 cyfry – min. 75 pomiarów/s.</li> <li>• ilość kanałów – dla prądu i napięcia - 80 kanałów, dla rezystancji 40 kanałów w opcji pomiarów 4 elektrodowych.</li> <li>• interfejsy cyfrowe umożliwiające sterowanie i akwizycję danych– Ethernet, RS-232.</li> </ul>	

W związku z wprowadzeniem zmian Zmawiający **przedłuża termin składania ofert.**

**3. W rozdziale X pkt. 19 SIWZ Opis sposobu przygotowywania ofert zmienia się zapis, który otrzymuje brzmienie :**

**Przed zmianą:**

Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzyistych, zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk i opisane:  
OFERTA na dostawę aparatury pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  
Politechniki Gdańskiej, CRZP/348/009/D/13  
Nie otwierać przed dniem **13.09.2013r.** godz. 12.30

**Po zmianie:**

Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzyistych, zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk i opisane:  
OFERTA na dostawę aparatury pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  
Politechniki Gdańskiej, CRZP/348/009/D/13  
Nie otwierać przed dniem **19.09.2013r.** godz. 12.30

**4.W rozdziale XI pkt. 3 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, zmienia się zapis, który otrzymuje brzmienie :**

**Przed zmianą:**

Termin składania ofert upływa w dniu **13.09.2013 r.** godz. 12.00.

**Po zmianie:**

Termin składania ofert upływa w dniu **19.09.2013 r.** godz. 12.00.

**5.W rozdziale XI pkt. 5 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, zmienia się zapis, który otrzymuje brzmienie :**

**Przed zmianą:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.09.2013 r.** godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, stary budynek I piętro, pokój nr 128.

**Po zmianie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.09.2013 r.** godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, stary budynek I piętro, pokój nr 128.

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.

DZIEKAN  
  
*prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła*