



Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

Gdańsk, dnia 11.09.2013 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr CRZP/348/009/D/13, ZP/58/WETI/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/348/009/D/13.

Zamawiający informuje, że w dniu 11.09.2013r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy o brzmieniu:

Pytanie

Czy część druga II zamówienia CRZP/348/009/D/13, ZP/58/WETI/13: Miernik wilgotności gazów z chłodzonym lustrem będzie używany w laboratorium czy na instalacji procesowej?

Odpowiedź:

Miernik wilgotności będzie używany zarówno w laboratorium jak i w instalacji procesowej.

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła