

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

**DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ I
POMIAROWEJ DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ**

**1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy szerokopasmowego wzmacniacza pomiarowego na pasmo 100 kHz – 30 GHz.
Liczba sztuk – 2.**

Pasmo pracy: nie węższe niż 400 MHz - 18 GHz;
minimalne wzmocnienie w paśmie: nie mniejsze niż 20 dB +/- 2.5dB;
minimalna moc wyjściowa dla kompresji 1dB: nie mniejsza niż 24 dBm;
WFS (dopasowanie) na wej. i wyj. : max. nie gorsze niż 2.5, typ. nie gorsze niż 2.0;
złącza dla sygnału b.w.cz.: SMA(f) lub N(f)