

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIANIA  
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ  
w postępowaniu nr CRZP/411/009/D/13, ZP/80/WETI/13**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę smartfonów, oscyloskopu, prasy ręcznej z akcesoriami dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/411/009/D/13.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 23.10.2013 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela wyjaśnień.

**Pytanie 1: dotyczy wymagań technicznych oscyloskopu (Część I)**

Czy zamawiający dopuszcza zamiast zestawu czterech wtyczek BNC, czterech adapterów do cęgów prądowych i ośmiu zacisków krokodylkowych zastosowanie klasycznych sond oscyloskopowych w ilości 4 szt.?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zamiast tego zestawu zastosowanie klasycznych sond oscyloskopowych w ilości 4 szt.

**Pytanie 2: dotyczy wymagań technicznych oscyloskopu (Część I)**

Czy zamawiający dopuszcza także funkcjonalność programu Multi Channel Measurement Software?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza także funkcjonalność programu Multi Channel Measurement Software.

**Pytanie 3: dotyczy wymagań technicznych oscyloskopu (Część I)**

Czy zamawiający dopuszcza impedancję wejścia 1 MOhm / 30 pF?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza impedancję wejścia 1 MOhm / 30 pF.

**Pytanie 4: dotyczy wymagań technicznych oscyloskopu (Część I)**

Czy zamawiający dopuszcza wysokość 30 mm  $\pm$  10 mm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza wysokość 30 mm  $\pm$  10 mm.

**Pytanie 5: dotyczy wymagań technicznych oscyloskopu (Część I)**

Czy zamawiający dopuszcza długość 200 mm  $\pm$  50 mm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza długość 200 mm  $\pm$  50 mm.

**Pytanie 6: dotyczy wymagań technicznych oscyloskopu (Część I)**

Czy zamawiający dopuszcza pasmo zdefiniowane następująco: Pasmo DC to 50 MHz (-3dB)?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza pasmo zdefiniowane następująco: Pasmo DC to 50 MHz (-3dB).

**Pytanie 7: dotyczy wymagań technicznych oscyloskopu (Część I)**

Czy zamawiający dopuszcza wagę  $500 \text{ g} \pm 100 \text{ g}$ ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza wagę  $500 \text{ g} \pm 100 \text{ g}$ .

DZIEKAN  
  
*prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyla*