



Gdańsk, 05.12.2013

### Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**ZP/453/051/D/13**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z instalacją i przeszkoleniem personelu w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwaną dalej „uPzp“ Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonał zmiany treści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ“. SIWZ ulega zmianom w następującym zakresie:

#### 1. Rozdział II pkt. 1 ppkt 3

**Przed zmianą:** Zdolność rozdzielcza dla sygnału SE (elektrony wtórne):

- nie gorsza niż 1,0 nm przy 15 kV
- nie gorsza niż 1,4 nm przy 1,0 kV
- nie gorsza niż 1,5 nm przy 10 kV w niskiej próżni

**Po zmianie:** Zdolność rozdzielcza dla sygnału SE (elektrony wtórne):

- nie gorsza niż 1,0 nm przy 15 kV
- nie gorsza niż 1,4 nm przy 1,0 kV
- nie gorsza niż 1,5 nm przy 10 kV w niskiej próżni
- nie gorsza niż 1,8 nm przy 3 kV w niskiej próżni

#### 2. Rozdział II pkt. 1 ppkt 19

**Przed zmianą :** Spektrometr z dyspersją długości fali (WDS) w pełni zintegrowany z układem EDS, z możliwością analizy dla pierwiastków od boru wzwyż.

**Po zmianie :** Spektrometr z dyspersją długości fali (WDS) w pełni zintegrowany z układem EDS, z możliwością analizy dla pierwiastków od boru wzwyż, wyposażony w polikapilarny układ optyczny z wiązką równoległą.

#### 3. Zamawiający wprowadza nowy wzór umowy- załącznik nr 6 do SIWZ.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ.

KANCLERZ  
mgr inż. Marek Tłok

(Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona)