

Dotyczy postępowania na dostawę wirówek laboratoryjnych:

W dniu 10.12.2013 wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania.

> 1. Dotyczy pakietu 1

> Pytanie nr 1,:

> Czy zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ w zakresie obrotów wirówki 300-400 obr/min?

Wirówka powinna mieć możliwość pracy w zakresie 4000 - 5000 obr/min.

> Pytanie nr 2.

> Czy zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga wirnika 10x50 ml , który posiada max. obroty 4000 obr/min?

wirnik powinien mieć możliwość zainstalowania co najmniej 6 pojemników po 50 ml każdy i pracować z prędkością obrotową 4000-5000 obr/min.

> Pytanie nr 3.

> Czy zamawiający w części I SIWZ wymaga 6 szt. pojemników do w/w wirnika czy 10 szt. pojemników?

Minimalna ilość 6 pojemników, oczywiście lepiej jeżeli wirnik będzie posiadał mocowanie na 10 pojemników.