



Gdańsk, dnia 15.07.2014 r.

ZP/275/D/051/14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa urządzenia do nanoszenia cienkich warstw nieorganicznych – powlekania obrotowego w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn.zm.) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

1. Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na powlekaniec wyposażony w stoliki o średnicy zewnętrznej 20mm i średnicy wewnętrznej 10 mm zamiast specyfikowanych stolików o średnicy zewnętrznej 18mm i średnicy wewnętrznej 10 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powlekaniec wyposażony w stoliki o średnicy zewnętrznej 20mm i średnicy wewnętrznej 10 mm zamiast stolików o średnicy zewnętrznej 18 mm i średnicy wewnętrznej 10 mm.

Udzielone wyjaśnienia będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 uPzp.

**Z-CIA KANCLERZA DS. ZASOBÓW TECHNICZNYCH
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ**
**(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)**

mgr inż. Piotr Jubańczak