

Dotyczy: postępowania ZP/389/008/D/14

W postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

„Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty z dyfraktometrem, który wyposażony jest w jedną szczelinę Sollera 5 ° na wiązce pierwotnej i wtórnej?

Odpowiedź : TAK