



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI

L.dz. WEA/1549/2014

Gdańsk, 12 listopada 2014 r

Dot. zamówienia numer ZZ/376/014/14 na dostawę generatora sygnałów dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

W związku z zapytaniami otrzymanymi od Wykonawców dotyczącymi przedmiotu zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza generator, którego amplituda sygnału wyjściowego mieści się w zakresie od 20mVp-p do 10 Vp-p (na obciążeniu 50 ohm) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, którego amplituda sygnału wyjściowego mieści się w podanym wyżej zakresie.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wyposażonego we wskazany w pytaniu wyświetlacz.

Udzielone wyjaśnienia będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl.

Równocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu **17 listopada 2014 r. o godz. 14:00.**

DZIEKAN
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

dr hab. inż. Leon Szczęsowski, prof. nadzw. PG

(w imieniu Zamawiającego)