



Gdańsk, 11.12......2014

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP/440/051/D/14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa mikrotwardościomierza w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), zwaną dalej „uPzp” Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonała zmiany treści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. SIWZ ulega zmianom w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia – punkt 2

Przed zmianą:

Wgłębnik Vickersa (w tym 2 wgłębniki zapasowe), wgłębnik Knoopa (ostrośúp czworokątny o kącie wierzchołkowym 130° oraz 172°30') oraz co najmniej 3 obiektywy w standardzie (x5, x10 i x50); minimalna odległość między osią wgłębnika a korpusem 95 mm)

Po zmianie:

Zestaw wgłębników : 3 wgłębniki Vickersa, wgłębnik Knoopa (ostrośúp czworokątny o kącie wierzchołkowym 130° oraz 172°30') oraz co najmniej 3 obiektywy w standardzie (x5, x10 i x50); minimalna odległość między osią wgłębnika a korpusem 95 mm)

2. Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia – punkt 3

Przed zmianą:

Przeliczanie wartości twardości: HV, HK, HB

Po zmianie:

Przeliczanie wartości twardości minimum: HV, HK, HB

3. Zamawiający wprowadza nowy Załącznik nr 5 – Opis oferowanego sprzętu.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Kanclerz
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Marek Tiok

**(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)**