

Gdańsk, dnia 14.01.2015r.

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU do postępowania nr ZZ/5/002/D/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej z złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na dostawę klucza dynamometrycznego

Zamawiający informuje, że w dniu 13.01.2015r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, o brzmieniu:

Pytanie nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia (klucza dynamometrycznego) jest „dokładność pomiaru $\pm 4\%$ (w całym zakresie 2,5- 25 Nm). Proszę o informację czy nie nastąpił błąd w opisie.

Odpowiedź:

Zamawiający stwierdza, iż nastąpił błąd w opisie. Sformułowanie „dokładność pomiaru $\pm 4\%$ (w całym zakresie 2,5-25 Nm)” należy zastąpić przez „dokładność pomiaru $\pm 4\%$ (w całym zakresie 1-25 Nm)”

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie w/w parametru lub podanie przykładowego modelu klucza dynamometrycznego, który spełnia wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje link: http://www.profittechnik.pl/files/file_add/2013_karta-z-katalogu-producenta-wera-7000a.pdf do karty z katalogu producenta przykładowego klucza dynamometrycznego spełniającego wymagania Zamawiającego.

Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG