



Dziekan

L. dz. WETI/1070/2015

Gdańsk, dnia 31.03.2015 r.

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIANIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr CRZP/86/009/D/15, ZP/28/WETI/15**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę anemometru, zasilacza programowalnego oraz rejestratorów wielokanałowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/86/009/D/15.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 30.03.2015 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie 1:

Pytanie do postępowania CRZP/086/009/D/15 część II. Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz z wejściem modulacji BNC, z co najmniej 1 kanałem 0-10V?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zasilacz z 1 kanałem modulacji BNC z napięciem wejściowym 0-10V.

W związku z udzieloną odpowiedzią ulega zmianie załącznik nr II do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zmieniony załącznik nr II do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zmodyfikowany został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Termin składania ofert ulega zmianie i upływa w dniu **03.04.2015 r.**

Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp.


Dziekan
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
[4]