



Dziekan

L.dz.: WETI/1226/2015

Gdańsk, dnia 14.04.2015 r.

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIANIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr CRZP/101/009/D/15, ZP/32/WETI/15**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę detektora liniowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/101/009/D/15.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniach 10.04.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie 1:

Nawiązując do Załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór Umowy Dostawy” czy Zamawiający dopuszcza następujące sformułowanie pkt 5 w § 4 „WYKONAWCA ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą Umową stosowne dokumenty techniczne w języku polskim lub angielskim i karty gwarancyjne w języku polskim. W przypadku nie dostarczenia karty gwarancyjnej niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny”

Odpowiedź 1:

TAK. Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisie §4 pkt 5 umowy.

Pytanie 2:

Nawiązując do Załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór Umowy Dostawy” czy Zamawiający dopuszcza następujące sformułowanie pkt 2, podpunkt a., w § 4 „czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni licząc w dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady”

Odpowiedź 2:

TAK. Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisie §4 pkt 2 a umowy.

Pytanie 3:

Nawiązując do Załącznika nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” czy Zamawiający w punkcie b.) „Maksymalna częstotliwość pomiaru nie mniejsza niż : 75 kHz (akwizycji całej linii pixeli)” miał na myśli szybkość sczytywania linii matrycy, czyli nie mniej niż 75000 linii na sekundę?

Odpowiedź 3:

Tak, parametr określa szybkość sczytywania linii matrycy, czyli nie mniej niż 75000 linii na sekundę. Specyfikacja opisuje system, w którym zastosowano pojedynczą linię detektorów o określonej ilości pikseli, co

definiuje jednocześnie częstotliwość pomiaru.

W związku z udzielonymi odpowiedziami ulega zmianie załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy. Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy - zmodyfikowany został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 20.04.2015 r.

Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp.


Dziekan
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
[4]