

Łódź, 23 kwietnia 2015r.

Politechnika Gdańska
Wydział Chemii,
Ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Dotyczy: prośba o wyjaśnienie w postępowaniu – na dostawę pompy strzykawkową z kontrolą przepływu
znak: ZZ/1048/008/D15.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o zamówien
publiczne:

1. Czy Zamawiający wymaga aby wyspecyfikowana pompa posiadała możliwość pracy w przepływie ciągłym? Jeśli tak to czy Zamawiający zamiast opisanego zestawu wymaga zestaw o następujących parametrach:

- pompa strzykawkowa z możliwością zamontowania 4 strzykawk pracujących w przepływie ciągłym lut 2 w trybie dozowania i napełniania PHD ULTRA™ Push/Pull Infusion/Withdrawal Programmable Remote, o przepływie od nie więcej niż 2 pL/min do nie mniej niż 210 mL/min, dokładności nie gorszej niż +/-0,25% i powtarzalności nie gorszej niż +/-0,06%, sterowana ekranem dotykowym o przekątnej większej niż 4,2”, o maksymalnej sile liniowej nie gorszej niż 75 lbs, o minimalnym kroku nie gorszym niż 0,085

- głowica z pompami przyłączona do kontrolera za pomocą 9-metrowego kabla sterowniczego

- akcesoria: przejściówki polipropylenowe: FLL na 1/16, FLL na 1/8, FLL na 3/16, FLL na 3/32, FLL na 5/32, FLL na 1/4, MLL na 1/4, MLL na 5/32, MLL na 1/8, MLL na 1/16, MLL na 3/32, MML, FLL, MLT n: MLT, FLL na FLL, FLL na FLL; przejściówka 1/16 na LUER – 25 szt.; strzykawki 60 mL sterylne luer lock 100 szt., strzykawka 50uL TLLX, strzykawka 250 uL TLLX, strzykawka 2,5 mL TLL, 15 mb węża Tygon® ST R-3603 do przyłączenia komory przepływowej, przełącznik nożny, oprogramowanie do przyłączenia pompy i monitorowania tempa napełniania i dozowania i zadozowanej objętości, zestawu dwóch zaworów kierunkowych wraz z wężykami – 2 zest., wąż silikonowy śr. wew. 4 mm i gr. ścian 4 mm – 10m

- możliwość uzyskania próżni 240 mbar lub ciśnienia 2 bar z maksymalnym przepływem 11,5 L/min wraz z filtrem próżniowym i głowicą z regulacją i manometrem do próżni i głowicą z regulacją i manometrem do ciśnienia

Zwracamy się o niezwłoczne udzielenie wyjaśnienia ze względu na ubiegające terminy proceduralne.

Zamawiający wyraża zgodę