



Gdańsk, 17.09.2015 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. dostawa wag elektronicznych dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej” ZP/306/051/D/15

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian SIWZ.

Pytanie 1:

Pkt 2. Waga elektroniczna platformowa – 1 szt.

Proszę o informację jaka ma być górna granica mniejszego zakresu, dla którego wymagana jest działka odczytowa „maksymalnie 10 g”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że górna granica mniejszego zakresu, dla którego wymagana jest działka odczytowa „maksymalnie 10 g” - minimum 30 kg.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w Siwz

W związku z powyższą odpowiedzią ulegną zmianie zapisy Siwz:

- w załączniku nr 2 do Siwz „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt. 2 Waga elektroniczna platformowa – 1 szt. zmienia się zapis:

Obecnie jest:

- Działka odczytowa dla mniejszego zakresu - maksymalnie 10 g.

Powinno być

- Działka odczytowa dla mniejszego zakresu, który wynosi minimum 30 kg - maksymalnie 10g.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane wagi posiadały legalizację?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymagania co do legalizacji wag są określone w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia do Siwz i zgodnie z zapisami Siwz Zamawiający wymaga, aby waga elektroniczna platformowa określona w pkt 1 posiadała legalizację, natomiast brak jest takiego wymagania dla wagi elektronicznej platformowej określonej w pkt. 2.




Powyższe odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Udzielone odpowiedzi oraz zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp.

Kancelarz
Politechniki Gdańskiej


mgr inż. Marek Tłok
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)